# 入札仕様書

- 1. 番 号 令和7年度 第351号
- 2. 件 名 AED賃貸借事業
- 3. 設置予定期間 令和7年7月1日~令和12年6月30日(5年間)
- 4. 納入期限 令和7年6月30日

## 5. 設置場所

設置場所	住所	数量(セット)
あすか夢販売所	明日香村大字御園2-1	1
あすかの夢の楽市	明日香村大字飛鳥225-2	1
明日香の夢市	明日香村大字島庄154-3	1
明日香夢の旬菜館	明日香村大字島庄51-5	1
アグリステーション飛鳥	明日香村大字真弓1042	1

6. セット内容(新品)

● A E D 本 体:1台 [CU-SP1]

● 大容量使い捨てバッテリー:1個

● 両用電極パッド : 2セット [SP1-OA04]

表示ラベル : 1枚
操作説明DVD : 1枚
SDカート、カートリーダー : 1セット

安全管理お願い : 1式取扱説明書 : 1冊専用キャリングケース : 1個レスキューセット : 1セット

● 両用電極パッド : 2セット(定期交換)[SP1-OA04]

※同等品で入札しようとする場合は、入札公表書に示す質疑において当該品のメーカー及 び型番を提示すること。同等品の可否は質疑の回答をもって行う。

# 7. 品質・規格等

A) 非医療従事者向けAEDとして「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の 確保等に関する法律」の認可を受けていること。

- B) 日本版教急蘇生ガイドライン 2020 の市民および非日常的に蘇生に携わる者が行う 一次教命処置法に添ったプロトコルに対応していること。
- C) 出力エネルギーは二相波形式で150 J 固定もしくは、漸増式で小学生~大人モードでは 1 回目 150 J  $\rightarrow 2$  回目 200 J  $\rightarrow 3$  回目 200 J、未就学児モードでは 1 回目 50 J  $\rightarrow 2$  回目 70 J  $\rightarrow 3$  回目 70 J であること。
- D) 未就学児にも対応していること。
- E) 月1回のセルフチェック(スピーカーチェック含む)も機械自身が自動的に行える ものであること。万一異常がある場合は、音または表示によって異常を知らせるこ と。添付文章などに毎月点検が書かれているようであれば施設管理者が点検を行う こと。
- F) AEDにCPR(心肺蘇生法)の手順のコーチング機能が付いていること。
- G) リース期間中、定期交換用消耗品(バッテリー及びパッド)並びに使用後に交換する消耗品一式を無償交換すること。

## 8. 特記事項

- 1) リース期間は令和7年7月1日から令和12年6月30日までの5年間とする。
- 2) リース費用には搬入・搬出・設置・調整に係る費用などの一切の費用を含む。(梱包材はすべて持ち帰ること。)
- 3) 公租公課(固定資産税):月額に含まず
- 4) 保険(動産総合保険):月額に含む
- 5) 支払い方法:各年度分を年度当初に一括銀行振込

## 9. 保守体制

・故障・問合せ受付は原則、平日及び土日祝日 9:00~17:00 とし、受付後速やかに 対応すること。訪問修理は平日 9:00~17:00 に行うこと。

#### 10. その他

- ・搬入設置及び機器データ設定に関して、事前に監督員と協議すること。
- ・設置後、使用開始前に施設管理従事者に対して取扱説明会を行うこと。
- ・この仕様書に定めのない事項及び疑義については、監督員と協議し解決する。